

Số: 2271/BV-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện 30-4 đang thực hiện kế hoạch Bảo trì, thay thế vật tư hệ thống lọc nước RO chạy thận tại khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội thận khớp, máy RO khoa Hóa sinh và các máy rửa màng lọc thận tại Bệnh viện 30-4 năm 2024.

Kính mời các đơn vị, tổ chức có khả năng cung cấp dịch vụ căn cứ danh mục công việc theo Phụ lục 1 gửi bảng báo giá theo Phụ lục 2 kèm theo để Bệnh viện có cơ sở làm căn cứ lựa chọn đơn vị thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 30-4, số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thanh Tâm – Cán bộ phòng Vật tư - Thiết bị y tế, SĐT: 0977.38.32.79.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện 30-4, số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: phongtbyt.bv30/4@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

- Từ 7h30 ngày 12/8/2024 đến 16h30 ngày 26/08/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/8/2024,

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này.

2. Chi tiết mẫu báo giá tại phụ lục 02 kèm theo công văn này.

3. Yêu cầu báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Cung cấp hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm tối thiểu đầy đủ các thông tin sau: không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh


hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính của năm gần nhất.
- Hợp đồng thực hiện công việc tương tự (nếu có).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, VT-TBYT



Thượng tá Nguyễn Trung Cang

**Phụ lục 01**

**PHẠM VI VÀ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG HÓA**

(Kèm theo công văn số 2271/BV-VTTTB, ngày 12 tháng 08 năm 2024)

**1. Nội dung công việc:**

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐVT	SL
I	Bảo trì máy lọc nước RO cấp cho máy xét nghiệm tại khoa sinh hóa (công suất 70 l/h) Model: NAS/WTM-R.O-XN50 Hãng sản xuất: Nhất An Sinh.	12 tháng	Hệ thống	1
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng máy R.O	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
2	Tẩy rửa khử khuẩn máy R.O	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
3	Thay lõi lọc phân tử 5 micron	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
4	Thay lõi lọc phân tử 1 micron	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
5	Thay lõi lọc than	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
6	Thay thế màng RO	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
7	Cung cấp muối hoàn nguyên hạt lọc	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
8	Thay nguyên liệu bình lọc than hoạt tính	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
9	Thay nguyên liệu bình lọc làm mềm nước	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
10	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm độ dẫn điện. Số lượng: 01 mẫu.	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
12	Kiểm tra, sửa chữa khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, để máy hoạt động ổn định		Gói	1
II	Bảo trì hệ thống R.O chạy thận cấp cứu (Công suất 300 l/h) Hãng sản xuất: Nhất An Sinh.	12 tháng	Hệ thống	1
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống R.O	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
2	Thay lõi lọc phân tử 5 micron	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
3	Thay lõi lọc vi sinh 0,2micron	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4

4	Thay bóng đèn cực tím diệt khuẩn (trên đường ống cấp nước cho máy thận)	Định kỳ 12 tháng 01 lần	Cái	1
5	Thay bóng đèn cực tím diệt khuẩn (nhúng chìm trong bồn thành phẩm)	Định kỳ 12 tháng 01 lần	Cái	1
6	Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O và hệ thống đường ống cấp nước RO chạy thận	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
7	Cung cấp muối hoàn nguyên hạt lọc làm mềm nước	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
8	Thay nguyên liệu bộ lọc đa chất	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
9	Thay nguyên liệu bộ lọc than hoạt tính	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
10	Thay nguyên liệu bộ lọc làm mềm nước	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
11	Thay màng lọc R.O	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Cái	1
12	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh Số lượng: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận bất kỳ)	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
13	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố Số lượng: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận bất kỳ)	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
14	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý. Số lượng: 01 mẫu.	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
15	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh nước tiết trùng. Số lượng: 03 mẫu (01 mẫu tại Phòng nội soi Dạ dày, 01 mẫu tại Phòng nội soi Đại tràng và 01 mẫu tại Phòng nội soi Phế quản)	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
16	Kiểm tra, sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, để hệ thống hoạt động ổn định		Gói	1
<b>III</b>	<b>Bảo trì hệ thống R.O chạy thận tập trung (công suất 1000 l/h) Hãng sản xuất: Nhất An Sinh.</b>	<b>12 tháng</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>1</b>
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống R.O	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
2	Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O và hệ thống đường ống cấp nước RO chạy thận	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4

3	Thay lõi lọc phân tử 5 micron	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
4	Thay lõi lọc vi sinh 0,2micron	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
5	Bóng đèn cực tím diệt khuẩn (trên đường ống cấp nước cho máy thận)	Định kỳ 12 tháng 01 lần	Cái	1
6	Bóng đèn cực tím diệt khuẩn (nhúng chìm trong bồn thành phẩm)	Định kỳ 12 tháng 01 lần	Cái	1
7	Cung cấp muối hoàn nguyên hạt lọc làm mềm nước	Định kỳ 01 tháng 01 lần	Lần	12
8	Thay nguyên liệu bộ lọc đa chất	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
9	Thay nguyên liệu bộ lọc than hoạt tính	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
10	Thay thế nguyên liệu bộ lọc làm mềm nước	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Bộ	1
11	Thay màng lọc R.O	Định kỳ 24 tháng 01 lần	Cái	3
12	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh Số lượng: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận bất kỳ)	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
13	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố Số lượng: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận bất kỳ)	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
14	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý. Số lượng: 01 mẫu.	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	2
15	Kiểm tra, sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, để hệ thống hoạt động ổn định		Gói	1
<b>IV</b>	<b>Bảo trì máy rửa màng lọc 04 ngăn Model: NAS-ADR4 Hãng sản xuất: Nhật An Sinh.</b>	<b>12 tháng</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>1</b>
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng máy rửa màng lọc	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
2	Tẩy rửa khử khuẩn máy rửa màng lọc	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
3	Thay ống bơm nhu động	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
4	Thay khớp nối nhanh		Cái	12
5	Thay thế bơm nhu động		Cái	4

6	Kiểm tra, sửa chữa khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, để máy hoạt động ổn định		Gói	1
IV	Bảo trì máy rửa màng lọc 04 ngăn Model: NAS/RDM – AT03. Hãng sản xuất: Nhất An Sinh.	12 tháng	Hệ thống	1
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng máy rửa màng lọc	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
2	Tẩy rửa khử khuẩn máy rửa màng lọc	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
3	Thay ống bơm nhu động	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	4
4	Thay khớp nối nhanh		Cái	12
5	Thay thế bơm nhu động		Cái	5
6	Kiểm tra, sửa chữa khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, để máy hoạt động ổn định		Gói	1

## 2. Yêu cầu chung:

- **Địa điểm thực hiện:** Bệnh viện 30-4 (Số 09 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).

- **Thời gian thực hiện công việc:** 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thực hiện bảo trì định kỳ tối thiểu theo quy trình kỹ thuật trong Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13/04/2018 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo và theo quy định bảo trì, khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Đảm bảo nước RO đạt tiêu chuẩn chất lượng nước RO dùng trong lọc thận được quy định trong Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13/04/2018 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo.

- Tất cả linh kiện/phụ kiện sau khi được thay thế đơn vị cung cấp có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện/phụ kiện, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Cam kết các linh kiện/phụ kiện thay thế, đảm bảo tương thích với hệ thống xử lý nước RO, đảm bảo sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và đảm bảo chất lượng khi thực hiện công tác kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Phụ lục 02**  
**MẪU BÁO GIÁ**

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện 30-4**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện 30-4, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp Dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư hệ thống lọc nước RO chạy thận tại khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội thận khớp, máy RO khoa Hóa sinh và các máy rửa màng lọc thận tại Bệnh viện 30-4 năm 2024 tại bệnh viện 30-4 như sau:

**1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa**

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
<b>Tổng công:</b>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2023 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm 2023.

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá nêu trong báo gia là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

... ngày ... tháng ... năm 2024

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)

